



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 004223



**СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ**  
**типу засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/1-879-2007

Виданий 5 лютого 2007 р.

Цей сертифікат, виданий групі "Sensus Metering Systems", Німеччина, Словаччина, засвідчує, що на підставі рішення Науково-технічної комісії з метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (протокол № 2 від 19 квітня 2006 р.) затверджено тип засобів вимірювальної техніки "Теплолічильники CALMEX N..., POLLUTHERM..., POLLUCOM 2, POLLUCOM E, POLLUCOM M", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У550-06.

Контроль метрологічних характеристик теплолічильників CALMEX N..., POLLUTHERM..., POLLUCOM 2, POLLUCOM E, POLLUCOM M під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою.

Міжповірочний інтервал, встановлений рішенням Науково-технічної комісії з метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (протокол № 6 від 21 грудня 2006 р.), – не більше чотирьох років.

*Заступник Голови*



*С.Т. Черепков*