




ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 003949



СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-1215-2006

Виданий 19 липня 2006 р.

Цей сертифікат, виданий фірмі "AQUATHERM" P.P.H. Kujawinski, Lewko Sp.j., Польща, засвідчує, що на підставі рішення Науково-технічної комісії з метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (протокол № 3 від 21 червня 2006 р.) затверджено тип засобів вимірювальної техніки "Теплолічильники Supercal 531, Supercal 539, Supercal...", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У330-06.

Контроль метрологічних характеристик теплолічильників Supercal 531, Supercal 539, Supercal... під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою Польщі.

Міжповірочний інтервал, установлений рішенням Науково-технічної комісії з метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (протокол № 3 від 21 червня 2006 р.), не більше:

- чотирьох років – для теплолічильників модифікації Supercal 531, Supercal 539;
- трьох років – для теплолічильників модифікації Supercal...

Заступник Голови



С.Т. Черепков